

Dezinfekční řád

chirurgie/ortopedie

CO?	KDY?	JAK	ČIM?	spektrum
hygienická dezinfekce rukou 	před započ.práce, po kontaktu s kontaminovaným materiálem, před přechodem na čistou stranu, po použití wc, před a po jídle	vetřít cca 3ml do suchých rukou	DESMANOL PURE : koncentrát / 30s	A(B)-TMV propanol + emolencia
mytí rukou 	před chirurgickou dezinfekcí rukou po viditelném ušpinění a kontaminaci biolog.materiálem dle pokynu MZDr.ČR	umýt konečky prstů a nehtů vodou, emulzí opláchnout vodou a osušit jednorázovým ručníkem	ESEMTAN WASCHLOTION mycí emulze	mycí emulze bez mýdla pro zátěžové provozy
předoperační mytí pacientů a dekontaminace od MRSA		na mokrou pokožku(í vlasy) nanést koncentrát, rozmydlit, počkat 1 min. a opláchnout vodou. Lze použít i žínku	OCTENISAN, koncentrát/ exp. 1 min. šampon	octenidin + tenzidy+alantoin A(B),V, MRSA
chirurgická dezinfekce rukou 	před zákroky	dezinfekce rukou předloktí vč.loktů, dezinfekce rukou a paží dezinfekce rukou vč.zápěstí, nechat oschnout	DESDERMAN N nebo pure konc.- -1,5 min.	AB-TMV etanol+bifenyolol
ošetření pokožky rukou 	dle potřeby několikrát denně	vetřít do rukou použít bezkontaktní způsob z dávkovače	ESEMTAN Haut balsam	krém s vitaminy A,E,B,D a ureou
dezinfekce pokožky	před odběry krve, před injekcemi	aplikovat přípravek, dodržet kontaktní čas(nechat zaschnout)	KODAN FORTE bezbarvý - 15s	A(B)-TMV
dezinfekce pokožky 	před zákroky, před punkcemi,..... Apod.	aplikujte dobře namočeným tamponem směrem z chirurgického pole do periferií.Každý tampon smočít dezinfekcí jenom jednou. Vyznačenou oblast dokonale smočít několikrát a dodržet expozici	KODAN FORTE barevný - exp.1 nebo 2 min. kontaktní čas 1 min., oblasti bohaté na maziva 2 min.	A(B)-TMV obarveno potr.barvivem
antiseptická příprava sliznic 	před a po chirurgickém zákroku	aplikovat tamponovou metodou,dokonale smočít použít každý tampon jen jednou, na nepřístupná místa použít sprej	OCTENISEPT sol. nebo sprej koncentrát: 1 až 2 min.(dle příbal.informace)	A(B)MV octenidin + voda
chirurgické nástroje 	po použití	dekontaminace: ponořit použitý nástroj do dezinfekčního roztoku s virucidním účinkem. Po expozici opláchnout vodou a připravit pro sterilizaci (použít termický způsob, pro anestet.příslušenství chemotermicky),roztok měnit denně po směně, dle potřeby i dříve	GIGAZYM X-tra 1% - 30 min. nebo 2% - 15 min. GIGASEPT AF forte 2%-15 min., 0,75%-30 min.	A(B)MV KAS + biguanid + enzymy A(B)-TMV alkylglycin, aminy
podávky	před a po použití	v toulci, namokro, po dobu jedné směny	GIGASEPT FF new, 3% nebo LYSETOL V 4%	aldehyd kys.jantarové směs aldehydů
vyšetřovací pomůcky např.stetoskop 	dle potřeby, po kontaminaci a po použití	otřít alkoholovou nebo bezalkoholovou dezinfekcí manžetu tlakoměru po ušpinění vyprat	MIKROZID AF liquid, koncetrnát - 1 min. nebo ubrouscky normál/ jumbo - 2 min. MIKROZID SENSITIVE, koncentrát - 1 min. nebo ubrouscky jumbo - 2 min.	AB-TMV AB-TMV
velké plochy a povrchy	po ordinaci, dle potřeby i častěji také dezinfekce močových láhví	Vlhkým způsobem otřít povrchy, nechat působit	TERRALIN PROTECT 0,5%/60 min., 1%/30 min, 2%-15 min. konc.-5 min. PERFORM 0,5 % - 60 min., 1%-30 min.. Ohnisková dez. 3%-4 h ANTIFECT EXTRA 0,25% - 30 min., nebo 0,75% - 5 min.	A(B)TMV AB-TMV ABCTMV : 2%-10 min. ABTMV glutaraldehyd+ KAS
inventář monitory, obrazovky, zdi, stolky, lampy, knoflíky, kontejnery,kazety RTG,... odpadové koše 	po použití denně 	Metodou vlhkého otěru elektrické přístroje předtím vypnout Schuelke systém: kýbl se suchými ubrouscky - 90ks nebo 40 ks přelit roztokem Terralin protect, nebo Mikrocid sensit.nebo Mikrocid AF použitelnost 28 dní po aktivaci	TERRALIN protect, 0,5% prac.roztok nebo PERFORM 0,5 % pracovní roztok	A(B)TMV KAS + alkohol ABTMV, aktivní kyslík ABCTMV, 2% roztok/10 min.
operační obuv	denně po kontaminaci	vytřít dezinfekcí nebo umýt chemotermicky v myčce	TERRALIN protect, 0,5% prac.roztok nebo vystříkat KODAN FORTE bezbarvý- zaschnout	AB-TMV, KAS + alkohol alkohol+H2O2+ bifenyolol